


DÉCLARATION D'EFFICACITÉ DÉSINFECTANTE (ÉGALEMENT VIRUCIDE CONTRE LE SRAS-CoV-2)

Dispositif de désinfection par la vapeur sans contact / avec contact

La société **Polti Spa** déclare et certifie que les produits marqués
“DDV” - Dispositifs de Désinfection par la Vapeur - utilisés selon les modalités d'opérations valides,
ont une efficacité désinfectante, bactéricide, sporicide, fongicide, lévuricide et virucide
- également contre le SRAS-CoV-2.

L'efficacité a été testée par des laboratoires tiers indépendants dans des conditions de saleté incluant des substances nuisibles à la santé humaine / à l'environnement médical, conformément à la norme AFNOR NF T72-110 - Mars 2019



Banc d'essai pour l'évaluation des appareils à vapeur, valable pour les essais «avec contact» et «sans contact»
 C4 / C5 / C6 = zones contaminées par les micro-organismes
 La vitesse de passage est conforme à la norme : 10 cm / sec
 La distance pour le test «sans contact» est conforme à la norme : 5 mm
 Dans le test «avec contact», un seul passage a été réalisé pour toutes les rangées d'échantillons. Dans le test «sans contact», un passage a été effectué pour chaque rangée d'échantillons.

LES APPAREILS TESTÉS DANS LES MODES VALIDES DE FONCTIONNEMENT PRÉVUS PAR LA NORME OBTIENNENT LES RÉDUCTIONS SUIVANTES :

- ≥5 Log - Bactéries - Activité bactéricide
- ≥4 Log - Virus - Activité virucide
- ≥4 Log - Champignons - Activité fongicide
- ≥4 Log - Levures - Activité lévuricide
- ≥3 Log - Spores bactériennes - Activité sporicide



DISPOSITIF DE DÉSINFECTANT PAR LA VAPEUR
 (réf. AFNOR NF T72-110)

